

广东省军区广州第十离职干部休养所医疗 器械设备采购（第二次）

项目编号：2020GDHXZFCGCS-005-1

采购文件

采购单位：中国人民解放军广东省军区广州第十离职干部休养所

采购代理机构：广东合信工程项目管理有限公司

二〇二〇年十二月

目录

第一章 采购邀请.....	1
第二章 采购须知.....	5
第三章 合同条款.....	19
第四章 用户需求书.....	24
第五章 评审标准.....	44
第六章 响应文件格式.....	50

第一章 采购邀请

采购邀请

广东合信工程项目管理有限公司受中国人民解放军广东省军区广州第十离职干部休养所的委托，拟对广东省军区广州第十离职干部休养所医疗器械设备采购（第二次）进行竞争性磋商，欢迎符合资格条件的供应商投标。

一、采购项目编号：2020GDHXZFCGCS-005-1

二、采购项目名称：广东省军区广州第十离职干部休养所医疗器械设备采购（第二次）

三、采购项目招标控制价：30万元

四、采购数量：1批（详见磋商文件中的《用户需求书》）

五、采购项目内容及需求：（采购项目技术规格、参数及要求，需要落实的采购政策）

5.1.采购内容：医疗器械设备（详见采购文件中的《用户需求书》，交货期：自合同签订之日起30天内完成所供货物的安装、调试、验收等工作，并交付采购人验收使用）

5.2.产品详细技术参数及执行标准、规格及主要配件详见磋商文件中的“用户需求书”。

六、供应商资格：

6.1. 具备以下资格条件；

6.1.1. 具有独立承担民事责任的能力；（提供法人或者其他组织的营业执照、组织机构代码证和税务登记证（或三证合一证明）等证明文件）

6.1.2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供2018年或2019年的财务状况报告或基本开户行（提供开户许可证）出具的资信证明复印件。如响应供应商为新注册的，提供成立至今的月或季度财务状况报告复印件）

6.1.3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供履行合同所必需的设备清单以及技术人员的名单材料）

6.1.4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供缴纳税收和社会保险的凭证。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明）

6.1.5. 参加本采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供书面声明）

6.1.6. 法律、行政法规规定的其他条件。

6.2. 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商信用记录中，没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果为准）

6.3. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的响应供应商及其附属机构，不得再参加本项目或所投包组投标。（提供《承诺函》）

6.4. 具有三类医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证。

6.5. 本项目不接受联合体投标。

6.6. 我公司只接受已购买本招标文件的投标人参加投标。

说明：获取采购文件方式：（供应商凭以下资料加盖单位公章购买采购文件，采购代理机构提供纸质采购文件及电子采购文件各1份，纸质采购文件于现场领取，恕不邮寄）

（1）法人或者其他组织的营业执照、组织机构代码证和税务登记证（或三证合一证明）等证明文件；

（2）购买采购文件经办人，需提供：

- a) 经办人如是法定代表人，需提供法定代表人证明书及法定代表人身份证复印件；
- b) 经办人如是响应供应商授权代表，需提供法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件。

备注：（1）以上资料参与正式投标时须放入响应文件中。

（2）分公司投标：供应商为非独立法人（即由合法法人依法建立的分公司），须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司对分公司出具的有效授权书原件。供应商已具有总公司有效授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，若法律法规或磋商文件另有规定的从其规定。

供应商购买采购文件需按要求提供以上资料并经审查，只接受通过以上方式正式获取采购文件的供应商的投标。

七、符合资格的供应商应当在2020年 月 日起至 2020年 月 日期间（上午 09：00 至 12：00，下午 14：30 至 17：30，法定节假日除外）到广东合信工程项目管理有限公司（广州市天河区粤垦路611号605房）购买采购文件，采购文件每套售价500.00元（人民币），售后不退。

八、提交响应文件截止时间：2020年 月 日 时 分（响应文件递交时间：2020年 月 日： ～： ）

九、提交响应文件地点：广东合信工程项目管理有限公司（广州市天河区粤垦路611号605房）会议室。

十、磋商时间：2020年 月 日 时 分。

十一、磋商地点：广东合信工程项目管理有限公司（广州市天河区粤垦路611号605房）会议室。

十二、本公告期限（3 个工作日）自 2020年 月 日至 2020 年 月 日止。

十三、联系事项：

（一）采购单位：中国人民解放军广东省军区广州第十离职干部休养所

地址：广州市越秀区合群西路3号

联系人：肖工

联系电话：020-88761665，18818855671

（二）采购代理机构：广东合信工程项目管理有限公司

地址：广州市天河区粤垦路611号605房

联系人：周工

联系电话：13068800096

十四、本项目相关公告在以下媒体发布：

①中国采购与招标网（www.chinabidding.com.cn）；

②广东省招标投标监管网（zbtb.gd.gov.cn）；

③广东合信工程项目管理有限公司网（www.gdhxgc.com）。

发布人：广东合信工程项目管理有限公司

发布时间：2020年 月 日

第二章 采购须知

须知前附表

该须知前附表的条款项号是与第二章《采购须知》条款项号对应的，是对第二章《采购须知》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，应以本资料表为准。

条款项号	内容
一、说明	
2.3	采购单位：中国人民解放军广东省军区广州第十离职干部休养所 资金来源：上级下拨经费
2.4	采购代理机构：广东合信工程项目管理有限公司 地址：广州市天河区粤垦路611号605房 电话：13068800096
二、采购文件	
9.3	集中答疑会或现场考察：不举行
10.2	采购文件进行澄清或修改时间距提交首次响应文件截止之日不足五日的，应当顺延提交首次响应文件截止时间。
三、响应文件的编制	
14.3.1.3	（境内货物）其他伴随的服务费用：运输、装卸、保险、安装、调试、税金、培训、售后服务及伴随货物交运的有关费用和标准附件价、备品备件及专用工具价以及磋商文件中要求成交人提供的专项服务等一切费用。
14.3.2.2	（境外货物）进口环节关税和增值税：无。
14.3.2.4	（境外货物）其他伴随的服务费用：无。
14.6	响应供应商所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。
14.7	不允许有备选方案。
14.8	不允许附加条件报价。
19.1	1. 采购保证金金额：RMB5000 元（人民币伍仟元整）。 2. 缴纳形式：非现金形式（如电汇、转账）。 3. 采购保证金在投标截止时间前到达以下指定账号： 收款单位名称：广东合信工程项目管理有限公司 账户：广东合信工程项目管理有限公司 账号：44057901040020621 开户银行：中国农业银行广州燕岭支行 注：响应供应商请在缴款凭证“备注”栏写明 项目编号 ，以便查询。 4. 有效期：采购保证金应在采购有效期内有效。
20.1	采购有效期：90 天。
21.1	响应文件份数：正本一份，副本三份，电子文件一份。

四、响应文件的递交	
23.1	响应文件递交截止日期和时间、地址：按采购文件第一章采购邀请中规定。
五、竞争性磋商流程	
26.1	磋商小组由 3 名单数组成。
27.13	评标方法：经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
27.14	定标原则：根据综合评分情况按照评审得分由高到低推荐三名成交候选人。
七、授予合同	
32.1	合同签订时间：自《中标通知书》发出之日起三十日内
34.1	履约保证金：详见用户需求书
35.1	1. 成交人须向采购代理机构按如下标准和规定缴纳招标代理服务费： （1）以采购预算作为招标代理服务费的计算基数。 招标代理服务费收费采用差额定率累进法计算方式。按中华人民共和国国家发展和改革委员会颁发的计价格[2002]1980号、国家发改委[2003]857号及发改价格[2011]534号文规定的“货物类”计算。如本项目按照该收费标准计算低于8000元的，按8000元收取。 （2）招标代理服务费的缴纳形式： a. 向采购代理机构直接缴纳招标代理服务费。可用支票、汇票、电汇等付款方式； b. 招标代理服务费付至： 收款人名称：广东合信工程项目管理有限公司 账号：3602875209100066932 开户银行：中国工商银行广州粤垦路支行 2. 响应供应商应签署第六章所附格式的招标代理服务费承诺书，作为响应文件的一部分。 3. 成交人须向采购代理机构交纳招标代理服务费后，凭领取人身份证复印件并加盖公章领取《中标通知书》。

一、说 明

1 适用范围

- 1.1. 本采购文件适用于本采购邀请中所述项目。

2 招标采购单位

- 2.1. 招标采购单位指采购人及采购代理机构。
- 2.2. 采购单位指依法进行采购的国家机关、事业单位和团体组织。本采购文件第二章**须知前附表**中所述的采购单位已拥有一笔财政性资金或资金来源已落实。采购单位计划将一部分或全部资金用于支付本次采购后所签订合同项下的款项。
- 2.3. 采购代理机构指按照规定办理注册登记并通过审核的代理机构。本次采购的采购代理机构名称、地址、电话和传真见**须知前附表**。

3 合格的响应供应商

- 3.1. 响应供应商是响应招标并且符合采购文件规定资格条件和参加磋商竞争的法人、其他组织或者自然人。
- 3.2. 合格的响应供应商
 - 3.2.1. 具有独立承担民事责任的能力。
 - 3.2.2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
 - 3.2.3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
 - 3.2.4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
 - 3.2.5. 参加本采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
 - 3.2.6. 法律、行政法规规定的其他条件。
 - 3.2.7. 符合第一章采购邀请“供应商资格”的特殊条款。
- 3.3. 只有在法律上和财务上独立、合法运作并独立于采购人和采购代理机构的供货商才能参加磋商。
- 3.4. 成交供应商是指经法定程序确定并授予合同的响应供应商。

4 合格的设备和服务

- 4.1. “设备”是指响应供应商制造或组织符合采购文件要求的货物等。投标的设备必须是合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的设备，并满足本采购文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。
- 4.2. “服务”是指响应供应商须承担的运输、安装、技术支持、培训以及采购文件规定的其它伴随服务。
- 4.3. 如采购进口产品，依据《政府采购进口产品管理办法》执行。本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自关境外的产品，要符合新冠肺炎疫情防控要求。

5 投标费用

- 5.1. 响应供应商应承担所有与准备和参加采购有关的费用。不论采购的结果如何，招标采购单位均无义务和责任承担这些费用。

6 信用担保

- 6.1. 投标担保，是指由专业担保机构为响应供应商履行支付采购保证金的义务向采购人或采购代理机构提供的保证担保。响应供应商在投标有效期内发生的撤回响应文件，或成交后因自身原因不签署采购合同等行为而应实际支付保证金的。
- 6.2. 履约担保，是指由专业担保机构为响应供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保证担保。成交供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。响应供应商可以自行选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。
- 6.3. 融资担保，是指由专业担保机构为响应供应商向银行融资提供的保证担保。响应供应商可以自愿选择是否采取融资担保的形式为本采购履约进行融资。
- 6.4. 专业担保机构的选择。推荐担保机构包括：中国投资担保有限公司、广东省融资再担保公司、东莞市金鼎融资担保公司。
- 6.5. 响应供应商可以以投标担保函的形式交纳采购保证金，并以《采购投标担保函》作为响应文件的附件。
- 6.6. 响应供应商可以以履约担保函的形式交纳履约保证金。

7 其他

- 7.1. 本采购文件中所有时间均为24小时制北京时间，所有货币单位均为人民币元，所使用的计量单位均以《中华人民共和国法定计量单位》为准（特别注明除外）。

二、采购文件

8 采购文件的构成

- 8.1. 要求提供的设备、采购过程和合同条件在采购文件中均有说明。采购文件以中文文字编写。采购文件共五章。由下列文件以及在采购过程中发出的澄清、修改和补充文件组成，内容如下：

第一章 采购邀请

第二章 采购须知

第三章 合同条款

第四章 用户需求书

第五章 响应文件格式

- 8.2. 响应供应商应认真阅读、并充分理解采购文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。响应供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对采购文件在各方面都作出实质性响应是响应供应商的风险，有可能导致其采购响应被拒绝，或被认定为无效报价或被确定为响应无效。

8.3. 本采购文件的解释权归“广东合信工程项目管理有限公司”所有。

9 采购文件的答疑或现场考察

- 9.1. 任何要求对采购文件进行澄清的响应供应商，均应以书面形式在采购文件规定的响应文件递交截止日以前通知招标采购单位。采购代理机构将组织采购人对响应供应商所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。必要时，招标采购单位将召开答疑会，并将会议内容以书面的形式通知所有采购文件收受人，答复中不包括问题的来源。
- 9.2. 响应供应商在规定的时间内未对采购文件澄清或提出疑问的，招标采购单位将视其为无异议。对采购文件中描述有歧意或前后不一致的地方，磋商小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个响应供应商。
- 9.3. 除非依本须知第9.1规定的有必要时或**须知前附表**中另有规定，不举行项目集中答疑会或现场考察，如举行集中答疑会或现场考察的，则按以下规定：
 - 9.3.1. 在**须知前附表**中规定的日期、时间和地点组织公开答疑会或现场考察；
 - 9.3.2. 潜在供应商对本项目提出的疑问，需在答疑会或现场考察召开日前至少一个工作日将问题清单以书面形式（加盖公章）提交至采购代理机构，潜在供应商代表于上述的时间和地点出席答疑会或现场考察。
- 9.4. 已购买磋商文件的响应供应商如不出席答疑会或现场考察视为对磋商文件所有内容无任何异议。

10 采购文件的澄清或修改

- 10.1. 无论出于何种原因，招标采购单位可以主动地或在解答响应供应商提出的疑问时对已发出的采购文件进行必要的澄清或修改，并于提交首次响应文件截止之日五日前在发布采购信息公告的媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有采购文件收受人。响应供应商在收到上述通知后，应立即以书面形式向招标采购单位确认。如在24小时之内无书面回函则视为同意修改内容，并有责任履行相应的义务。
- 10.2. 除**须知前附表**中另有规定，澄清或修改时间距提交首次响应文件截止之日不足五日的，如澄清或者修改的内容不影响响应文件编制的，招标采购单位在征得已获取采购文件的供应商同意并书面确认后，可不改变投标截止时间。
- 10.3. 招标采购单位发出的澄清或修改的内容为采购文件的组成部分，并对潜在供应商具有约束力。

三、响应文件的编制

11 采购的语言

- 11.1. 响应供应商提交的响应文件以及响应供应商与招标采购单位就有关磋商的所有来往函电均应使用中文书写。

12 响应文件的构成

- 12.1. 响应供应商编写的响应文件应包括初审文件、技术文件、商务文件，编排顺序参见响应文

件格式。

12.2. 响应文件的构成应符合法律法规及采购文件的要求。

13 响应文件的编写

13.1. 响应供应商应完整、真实、准确地填写采购文件中提供的报价表以及采购文件中规定的其它所有内容。

13.2. 响应供应商应当对响应文件进行装订，对未经装订的响应文件可能发生的文件散落或缺损，由此造成的后果和责任由响应供应商承担。

13.3. 响应供应商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及本项目采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

13.4. 如果因为响应供应商的响应文件只填写和提供了本采购文件要求的部分内容和附件，或没有提供采购文件中所要求的全部资料及数据，而给磋商造成困难的，其可能导致的结果和责任由响应供应商自行承担。

14 采购报价

14.1. 响应供应商应按照“第四章 用户需求书”中规定的内容、责任范围进行报价，并按报价表的要求报出价格。报价总价中不得包含采购文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。报价总价中不得缺漏采购文件所要求的内容，否则，被视为包含在报价总价中。

14.2. 在磋商过程中，磋商小组发现响应供应商的报价明显低于其他响应供应商报价，使得其采购报价可能低于其个别成本的，应当要求该响应供应商作出书面说明并提供相关证明材料。响应供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由磋商小组认定该响应供应商以低于成本报价，应当否决其投标。

14.3. 报价表内容应包含：

14.3.1. 从中华人民共和国境内提供的设备须包含：

14.3.1.1. 报价产品价；

14.3.1.2. 除应包括要向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其它税，还应包括对以下①、②两项已交纳或应交纳的全部关税、增值税和其它税：

①报价的货物在制造或组装时使用的部件和原材料是从境外进口的；或

②报货架交货价的货物是从境外进口的。

14.3.1.3. 报**须知前附表**中列出的其他伴随服务的费用和标准附件价、备品备件及专用工具价(如有)。

14.3.2. 从中华人民共和国境外提供的货物须包含：

14.3.2.1. 报价产品价；

14.3.2.2. 除应包括要向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其它税，如果**须知前附表**中另有规定，还应包括货物从境外进口已交纳或应交纳的全部关税、增值税和其它税；

14.3.2.3. 报货物境外离岸价格、国外运输费、国外运输保险费；

14.3.2.4. 报**须知前附表**中列出的其他伴随服务费用和标准附件价、备品备件及专用工具价(如有)。

14.4. 对于报价免费的内容须标明“免费”。

14.5. 响应供应商根据本须知第14.3条规定将报价分成几部分，只是为了方便对响应文件进行比较，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权力。

14.6. 除**须知前附表**中另有规定，响应供应商所报的采购价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的磋商被认为是非实质性响应磋商而予以拒绝。

14.7. 除**须知前附表**中允许有备选方案外，本次采购不接受选择性报价，否则将被视为无效报价。

14.8. 除**须知前附表**另有规定外，本次采购不接受具有附加条件的报价，否则将被视为无效报价。

15 投标货币

15.1. 响应供应商所提供的设备和服务均应以人民币报价。

16 联合体投标

16.1. 不接受联合体投标。

17 证明响应供应商合格和资格的文件

17.1. 响应供应商应提交证明其有资格参加采购和成交后有能力履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

17.2. 响应供应商提交的资格证明文件应证明其来自本须知定义的合格响应供应商。

18 证明设备的合格性和符合采购文件规定的文件

18.1. 响应供应商应提交证明文件，证明其采购的货物和服务的合格性符合采购文件规定。该证明文件作为响应文件的一部分。

18.2. 设备和服务合格性的证明文件应包括报价表中对设备和服务原产地的说明。

18.3. 证明设备和服务与采购文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

18.3.1. 设备主要技术指标和性能的详细说明；

18.3.2. 设备正常使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

18.3.3. 对照采购文件技术规格，逐条说明所提供设备和服务已对采购文件的技术规格作出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，响应供应商须提供所投设备的具体参数值。响应供应商在阐述时应注意采购文件的技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准，响应供应商在磋商中要实质上满足或超过采购文件的要求。

19 采购保证金

19.1. 响应供应商应按**须知前附表**中规定的金额、期限缴纳采购保证金，并作为其响应文件的组成部分。

19.2. 如无质疑或投诉，未成交的响应供应商保证金，在中标通知书发出后五个工作日内不计利

息原额退还；如有质疑或投诉，招标采购单位将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还（因响应供应商自身原因导致无法及时退还的除外）。

19.3. 成交供应商的采购保证金，在成交供应商与采购人签订采购合同后五个工作日内不计利息原额退还（因响应供应商自身原因导致无法及时退还的除外）。

19.4. 有下列情形之一的，采购保证金不予退还：

19.4.1. 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

19.4.2. 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

19.4.3. 除因不可抗力或采购文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

19.4.4. 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

19.4.5. 成交供应商未按本须知规定缴纳招标代理服务费；

19.4.6. 依法取消成交资格；

19.4.7. 将成交项目转让给他人，或者在采购文件中未说明，且未经采购人同意，违反采购文件规定，将成交项目分包给他人的；

19.4.8. 采购文件规定的其他情形。

20 采购有效期

20.1. 采购应自**须知前附表**中规定的响应文件递交截止时间起，并在**须知前附表**中所述期限内保持有效。采购有效期不足的采购将被视为非实质性响应，视为无效报价。

21 响应文件的式样和签署

21.1. 响应供应商应准备一份响应文件正本、电子文件和**须知前附表**中规定数目的副本，响应文件的副本可采用正本的复印件。每套响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

21.2. 响应文件的签署

21.2.1. 响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并按要求签字、盖章，副本可以复印，与正本具有同等法律效力。授权代表须将以书面形式出具的《法定代表人授权委托书》附在响应文件中。

21.2.2. 响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

四、响应文件的递交

22 响应文件的密封和标记

22.1. 响应供应商应单独提交一个密封信封，并在信封上标明“报价信封”字样，内容包括报价表、采购保证金缴付凭证、电子文件、退采购保证金说明函和开票资料说明函及附件（如适用），报价信封是响应文件的组成部分。

22.1.1. 响应文件封装

- 22.1.2. 清楚写明响应供应商名称和地址。
- 22.2. 注明采购邀请中注明的项目名称、项目编号、包组号（如有）和“在（采购文件中规定的响应文件递交截止日期和时间）之前不得启封”的字样。
- 22.3. 如果未按本须知前款要求加写标记和密封，采购代理机构对误投或提前启封概不负责。

23 响应文件递交截止期

- 23.1. 响应供应商应在**须知前附表**中规定的截止日期和时间前，将响应文件密封递交至**须知前附表**中注明的地点。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，招标采购单位或者磋商小组应当拒绝。
- 23.2. 为使响应供应商准备磋商时有充分时间对采购文件的修改部分进行研究，招标采购单位可适当推迟响应文件递交截止时间，但应发布公告并书面通知所有购买磋商文件的潜在响应供应商。在此情况下，招标采购单位和响应供应商受响应文件递交截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

24 响应文件的修改和撤回

- 24.1. 响应供应商在响应文件递交截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按采购文件要求签署、盖章，并作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容和响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。在响应文件递交截止期时点之后，响应供应商不得对其响应文件做任何修改和补充。

五、竞争性磋商流程

25 响应文件的拆封

- 25.1. 采购代理机构在**采购邀请**中规定的日期、时间和地点组织磋商。
- 25.2. 响应文件拆封在采购文件规定的竞争性磋商时间进行，拆封地点为采购文件中预先确定的磋商地点。
- 25.3. 响应文件递交截止时间后，由全体响应供应商对全部响应文件的密封情况进行检查。

26 磋商小组

- 26.1. 按照国家法律法规和规章政策相关规定，组建磋商小组，磋商小组人数将按照**须知前附表**中确定。
- 26.2. 磋商小组名单在磋商结果确定前严格保密。评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：
- 26.2.1. 磋商小组中，同一任职单位评审专家超过二名的；
- 26.2.2. 参与磋商文件论证的；
- 26.2.3. 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
- 26.2.4. 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
- 26.2.5. 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

- 26.2.6. 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- 26.2.7. 与供应商有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

27 磋商过程

- 27.1. 磋商小组应当对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行评审。磋商小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。
- 27.2. 资格、符合性评审详见采购文件第五章的《资格性、符合性评审表》，未能通过资格性、符合性审查被认定为无效响应。
- 27.3. 磋商小组根据采购文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应采购文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应采购文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。
- 27.4. 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商（以响应供应商签到顺序为准）分别进行磋商，并给予所有参加磋商的响应供应商平等的磋商机会（一轮或多轮，具体磋商轮次由磋商小组视情况决定）。
- 27.5. 在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对采购文件作出实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的响应供应商。供应商应当按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。
- 27.6. 在磋商中，磋商小组及有关当事人应当严格遵守保密原则，任何人不得透露与磋商有关的其他响应供应商的技术资料、价格和其他信息。
- 27.7. 采购文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组要求所有作出实质性响应的有效供应商应在规定的时间内提交最后报价；
- 27.8. 如出现磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组按照少数服从多数的原则，投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案在规定的时间内提交最后报价（最后报价时间由磋商小组视磋商进程决定）。
- 27.9. 最后报价对所有响应供应商进行公开唱出。最后报价是供应商响应文件的有效组成部

分。

27.10. 对成交供应商的价格出现明显低于或高于同业同期市场平均价的情形时，磋商小组应当在评审意见中详细说明推荐理由。

27.11. 报价修正误差的原则如下：

27.11.1. 响应文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

27.11.2. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以总价金额为准；

27.12. 磋商小组按上述修正误差的原则调整的价格对其响应供应商具有约束力。如果响应供应商不接受修正后的价格，其报价将被拒绝。

27.13. 磋商小组将按照**须知前附表**中确定的评标方法和本采购文件第五章中的评审标准进行评标。

27.14. 除**须知前附表**另有规定的，磋商小组根据综合评分情况按照评审得分由高到低推荐3名成交候选人。评审得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）最后报价（由低到高）；（2）技术指标优劣顺序。

27.15. 评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

27.16. 出现下列情形之一的，招标采购单位终止竞争性磋商采购活动：

27.16.1. 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

27.16.2. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.16.3. 除法律法规规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.17. 磋商小组提交评审报告和推荐成交意见报采购人确认，采购人在收到评审报告后在规定时间内，按照评审报告中推荐的成交候选人顺序确定成交供应商，也可以事先授权磋商小组直接确定成交供应商。

28 确定成交结果

28.1. 成交供应商确定后，采购代理机构将在发布采购信息公告的媒体上发布成交结果公告。不在成交名单之列者即为未成交供应商，采购代理机构不再以其他方式另行通知。

28.2. 成交结果公告后，采购代理机构同时向成交供应商发出《中标通知书》，《中标通知书》对成交供应商和采购人具有同等法律效力。

28.3. 《中标通知书》将作为授予合同资格的合法依据，是合同的一个组成部分。

六、询问、质疑及投诉

29 询问

- 29.1. 供应商对本采购活动事项有疑问的，可以向招标采购单位提出询问，询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。
- 29.2. 招标采购单位在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

30 质疑

30.1. 提出质疑的期限

- 30.1.1. 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内；
- 30.1.2. 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起七个工作日内；
- 30.1.3. 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日起七个工作日内。

30.2. 提出质疑的要求

- 30.2.1. 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，以书面形式向招标采购单位提出。
- 30.2.2. 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：①供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；②质疑项目的名称、编号；③具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；④事实依据；⑤必要的法律依据；⑥提出质疑的日期。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
- 30.2.3. 递交质疑书时需提交质疑书原件、法定代表人授权委托书（应载明委托代理的具体权限及事项）及授权代表身份证复印件。
- 30.2.4. 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑的证明材料。
- 30.2.5. 对于捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。

30.3. 质疑的回复

- 30.3.1. 招标采购单位在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

30.4. 质疑联系方式

质疑联系人：周工

电话：13068800096

邮箱：320900190@qq.com

地址：广州市天河区粤垦路611号605房

31 投诉

- 31.1. 质疑供应商对招标采购单位的质疑答复不满意，或招标采购单位未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内提出投诉。

七、授予合同

32 合同的订立

- 32.1. 除非**须知前附表**另有规定，采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件要求和成交供应商响应文件承诺签订采购合同，但不得超出采购文件和成交供应商响应文件的范围、也不得再行订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

33 合同的履行

- 33.1. 采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。
- 33.2. 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按规定备案。

34 履约保证金

- 34.1. 成交供应商应按照**须知前附表**规定的金额，采用采购文件中提供的履约保证金保函格式或采购人可以接受的其他形式向采购人提交履约保证金。

35 招标代理服务费

- 35.1. 按照磋商文件**须知前附表**中的规定缴纳招标代理服务费。

第三章 合同条款

合同通用条款

(合同样本仅供参考，具体内容 由甲、乙双方协商确定)

甲 方(采购人):

电 话: 传 真: 地 址:

乙 方(中标人):

电 话: 传 真: 地 址:

项目名称: 项目编号:

根据项目的采购结果,按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国合同法》的规定,经双方协商,本着平等互利和诚实信用的原则,一致同意签订本合同如下。

一、货物内容

序号	商品名称	品牌、规格型号、配置(性能参数)	产地	数量	单价(元)	金额(元)
1						
2						
3						
4						
合计总额: ¥元; 大写:						

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等项目相关的一切费用。

注:货物名称内容必须与响应文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为(大写): _____元(¥ _____元)。

三、设备要求

1. 货物为原制造商制造的全新产品,整机无污染,无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患,在中国境内可依常规安全合法使用。
2. 交付验收标准依次序对照适用标准为:①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准;②符合磋商文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求;③货物来源国官方标准。
3. 进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明(如有适用)。
4. 货物为原厂商未启封全新包装,具出厂合格证,序列号、包装箱号与出厂批号一致,并可追溯查阅。
5. 乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给

甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

四、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：
2. 交货方式：
3. 交货地点：

五、付款方式（磋商文件用户需求书另有规定从其规定）

由甲方按下列程序付款：

1. 预付款：签订合同后，支付合同总价的 20 %。
2. 设备安装调试结束，提交全部报告材料，调试完成并验收合格后，支付至合同金额的 60 %。
3. 从验收合格之日起，正常使用1个月后，支付合同总价的 20 %。
4. 因甲方使用的是财政资金，甲方在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。

六、质保期及售后服务要求

1. 本合同的质量保证期（简称“质保期”）为 1 年，质保期自货物最终验收合格之日起算，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后同时提供终身（免费/有偿）维修保养服务。
2. 质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。
3. 对甲方的服务通知，乙方在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

七、安装与调试

乙方必须依照磋商文件的要求和响应文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

八、验收

1. 货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。
2. 进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。甲方有权要求乙方提供进口货物的报关单（如有适用）。
3. 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追溯查阅。所有随设备的附件必须齐全。
4. 乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5. 甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

九、违约责任与赔偿损失

1. 乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合磋商文件、响应文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。
2. 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3%的数额向甲方支付违约金；逾期15天以上（含15天）的，甲方有权终止合同，要求乙方支付违约金，并且给甲方造成的经济损失由乙方承担赔偿责任。
3. 甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总价的5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的3%向乙方偿付违约金。
4. 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，甲、乙双方一致同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十一、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1. 本合同所有附件、磋商文件、响应文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。
2. 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。
3. 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日书面通知对方，否则，应承担相应责任。
4. 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效

1. 合同自甲乙双方代表或其授权代表签字盖章之日起生效。
2. 合同壹式份，其中甲乙双方各执份，采购代理机构执壹份，政府采购监督管理部门份。

甲方（盖章）：

代表：

签定地点：

签定日期： 年 月 日

乙方（盖章）：

代表：

签定日期： 年 月 日

开户名称：

银行账号：

开 户 行：

第四章 用户需求书

一、总体要求

1、本项目主要涉及门诊部建设相关医疗器械设备采购，根据相关规定提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。

2、投标总价须包括送货、安装、调试、运行、培训等，同时还包括安装涉及的设备给水，排水，排汽，设备前后端墙体、地面、彩钢板还原等装修工程的费用。除此以外招标人不再支付任何费用。

3、投标报价（总价）中不得包含招标文件要求以外的内容，否则在评标时不予核减。若投标报价有缺漏项的，缺漏项部分的价格视为已包含在投标总价中，中标后不作任何调整。

4、投标人须对本项目的采购标的进行整体响应，任何只对采购标的其中一部分内容进行的响应都被视为无效投标。

5、投标人须在投标文件中填写《技术响应表》，当投标文件中技术参数与招标文件中技术参数有偏离时，须在“偏离”栏内如实注明是“正偏离”或“负偏离”，“正偏离”指投标设备的技术参数优于招标文件中要求，“负偏离”指投标设备的技术参数低于招标文件中要求。

6、本招标文件中如有涉及产品品牌及型号，仅供参考，并无任何限制性。投标人在本次投标中可以选用在质量和性能上等于或优于招标文件要求的产品。

7、《用户需求书》中描述的有关产品标准和技术规范如有更新或调整的，则按新版本执行。

8、本《用户需求书》中，带“★”号的条款为必须满足条款，如不满足（负偏离）将导致投标无效，带“▲”号的条款为重要技术指标，如不满足（负偏离）将严重影响技术评审得分。

二、项目概况

主要工作内容：按照干休所“六房一库”的标准配置，采购相关配套设备以满足干休所日常运转，为服务好离退休干部提供必要的硬件支持。

三、采购清单及技术要求

（一）采购清单

序号	设备名称	用户单位	数量	备注
1	台式血压计	广州第十离职干部休养所	1	
2	水银血压计（带听诊器）	广州第十离职干部休养所	7	
3	轮椅	广州第十离职干部休养所	4	
4	紫外线消毒灯	广州第十离职干部休养所	7	
5	心电图机	广州第十离职干部休养所	5	

6	血糖仪	广州第十离职干部休养所	3	
7	血糖试纸/采血针	广州第十离职干部休养所	4	
8	电子体温计	广州第十离职干部休养所	10	
9	电子血压计	广州第十离职干部休养所	3	
10	急救药箱	广州第十离职干部休养所	3	
11	急救床	广州第十离职干部休养所	1	
12	治疗台	广州第十离职干部休养所	4	
13	高压蒸汽灭菌锅	广州第十离职干部休养所	1	
14	LED手术照明灯	广州第十离职干部休养所	1	
15	污物桶	广州第十离职干部休养所	4	
16	急救床	广州第十离职干部休养所	1	
17	自动苏生器	广州第十离职干部休养所	1	
18	可视喉镜	广州第十离职干部休养所	1	
19	电动吸痰器	广州第十离职干部休养所	2	
20	一次性吸痰管	广州第十离职干部休养所	50	
21	分离折叠救护车担架	广州第十离职干部休养所	1	
22	除颤仪	广州第十离职干部休养所	1	
23	心电监护仪	广州第十离职干部休养所	2	
24	抢救推车	广州第十离职干部休养所	2	
25	超声雾化吸入器	广州第十离职干部休养所	2	
26	一次性雾化器面罩	广州第十离职干部休养所	20	
27	制氧机	广州第十离职干部休养所	1	
28	多频震动排痰机	广州第十离职干部休养所	1	

29	理疗床	广州第十离职干部休养所	5	
30	床头柜	广州第十离职干部休养所	5	
31	微波治疗仪	广州第十离职干部休养所	1	
32	周林频谱治疗仪	广州第十离职干部休养所	1	
33	中频治疗仪	广州第十离职干部休养所	1	
34	超短波治疗仪	广州第十离职干部休养所	1	
35	按摩椅	广州第十离职干部休养所	3	
36	远红外理疗灯	广州第十离职干部休养所	2	
37	拔罐用具套装	广州第十离职干部休养所	1	
38	药品冷藏柜	广州第十离职干部休养所	1	
39	药品柜	广州第十离职干部休养所	2	
40	药品柜	广州第十离职干部休养所	4	
41	医用毒麻药品保险柜	广州第十离职干部休养所	1	

注：★1、投标人所投产品如属于医疗器械第二类、第三类管理的产品，须提供有效期内的医疗器械产品注册证。

★2、本项目采购招标控制价为¥30万元（含税），投标总价不得超过招标控制价，否则视为无效投标。

（二）技术要求

设备1：

一、设备名称：台式血压计

二、数量：1个

三、技术规格要求：

- 1) 上臂式电子血压计
- ▲2) 可打印测量值
- ▲3) 具备肘部检测传感器，防止因错误姿势导致产生的误差
- 4) 全程语音播报指导：语音提示“正常”或“偏高”
- ▲5) 测量精度：压力：±3mmHg，脉搏数：±2%；电源：220V50Hz
- ▲6) 背光彩色液晶显示

设备2:

一、设备名称: 水银血压计

二、数 量: 7个

三、技术规格要求:

- 1) 橡胶加压球囊+袖带
- 2) 含听诊器、便携手提塑料盒
- 3) 测量范围: 0-3000mmHg

设备3:

一、设备名称: 轮椅

二、数 量: 4台

三、技术规格要求:

- 1) 7003航太铝合金机身
- ▲2) 载重100KG, 产品重量约12.5KG
- 3) 免充气轮胎
- ▲4) 可折叠、连动刹车系统

设备4:

一、设备名称: 紫外线消毒灯

二、数 量: 7台

三、技术规格要求:

- 1) 30W*2大功率双灯管
- ▲2) 遥控功能、定时功能, 带滚轮, 方便移动

设备5:

一、设备名称: 心电图机

二、数 量: 5台

三、技术规格要求:

- 1) 12导联波形同屏显示
- ▲2) 打印模块12道, 屏幕尺寸7寸
- ▲3) 机内自带疾病自动分析功能
- 4) 可充电电池(容量4400mAh)

设备6:

一、设备名称: 血糖仪

二、数 量: 3个

三、技术规格要求:

- 1) 检测范围1.1-33.3mmol/L

- 2) 测试时间：平均5秒
- 3) 可存储600条测量结果，自动计算7天，14天，30天平均值
- ▲ 4) 试纸推杆设计，操作更加便利。

设备7:

一、设备名称：血糖试纸/采血针

二、数 量：4盒

三、技术规格要求：与上述血糖仪配套使用。

设备8:

一、设备名称：电子体温计（额温枪）

二、数 量：10个

三、技术规格要求：

- 1) 非接触式额温枪，测量范围：32.0℃-43.0℃。
- 2) 三色背光、语音提醒
- 3) 自动关机

设备9:

一、设备名称：电子血压计

二、数 量：3个

三、技术规格要求：

- 1) 袖带佩戴自检
- 2) 误动作提示
- ▲ 3) 不规则脉波显示

设备10:

一、设备名称：急救药箱

二、数 量：3个

三、技术规格要求：

- ▲ 1) 16寸（395*220*230mm）或与之接近，
- 2) 高强度铝塑板，
- 3) 内含基础急救药品与耗材

加强升级套装

序号	名称	数量	序号	名称	数量
1	纱布块（大号）	4片	15	一次性医用口罩	1副
2	医用弹性绷带	4卷	16	圆头剪刀	1把
3	创口贴	20片	17	敷料镊子	1个
4	透气胶带	1卷	18	安全别针	10枚
5	碘伏消毒液	50支	19	高频救生哨	1个
6	敷贴（中号）	2片	20	自粘弹性绷带	1卷
7	酒精棉球	1瓶	21	弹力帽	1个
8	三角绷带	1包	22	一次性橡胶检查手套	1副
9	卡扣式止血带	1个	23	医用烧伤敷料	1支
10	温度计	1支	24	急救手册	1本
11	瞬冷冰袋	1袋	25	售后服务卡	1张
12	酒精棉片	10片	26	医药箱	1个
13	急救毯	1块	27	配置清单	1张
14	呼吸面罩	1个			

设备11：**一、设备名称：**急救床**二、数 量：**1个**三、技术规格要求：**

- 1) 老人医用多功能病床，静音大泵防褥疮气垫
- 2) 全曲上下曲腿功能，就餐
- 3) 输液架、餐板、滚轮等

设备12：**一、设备名称：**治疗台**二、数 量：**4个**三、技术规格要求：**

- ▲1) 304不锈钢配药工作台（1800*500*1500mm）
- 2) 带西药柜



设备13:

一、设备名称: 高压蒸汽灭菌锅

二、数 量: 1台

三、技术规格要求:

- 1) 自动型+自动干燥
- 2) 50L容积
- 3) 电源: 220V供电

设备14:

一、设备名称: LED手术照明灯

二、数 量: 1台

三、技术规格要求:

- 1) 立式五孔可移动手术无影灯
- 2) 电源220V50HZ
- 3) 照明 (LUX) : >50000
- 4) 色温: $4000 \pm 500k$



设备15：

一、设备名称：污物桶

二、数 量：4个

三、技术规格要求：

- 1) 脚踏式黄色污物桶
- 2) 规格20L

20L脚踏 黄色医疗专用垃圾桶



设备16：

一、设备名称：急救床

二、数 量：1个

三、技术规格要求：

- 1) 老人医用多功能病床，静音大泵防褥疮气垫
- 2) 全曲上下曲腿功能，就餐
- 3) 输液架、餐板、滚轮



设备17：

一、设备名称：自动苏生器

二、数 量：1个

三、技术规格要求：

- 1) 氧气瓶工作压力：20MPa，氧气瓶水容量：1L，
- 2) 自动肺换气量：15L/min，自动肺充气压力：1.77-2.45kPa，自动肺抽气压力：-1.74~-1.96kPa，
- 3) 吸痰瓶内吸痰引射压力： $\leq -59\text{kPa}$ 。



设备18:

一、设备名称: 可视喉镜

二、数 量: 1个

三、技术规格要求:

- 1) 具备纤维导光束照明功能
- 2) 用于插入咽喉管或抢救窒息用

设备19:

一、设备名称: 电动吸痰器

二、数 量: 2个

三、技术规格要求:

- ▲1) 医用级, 高负压, 极限负压值 $>0.06\text{MPa}$ 负压调节按钮
- 2) 带滚轮, 方便移动

- 3) 电源: 220V, 50HZ
- 4) 抽气速率 $>20\text{L}/\text{min}$
- 5) 贮液瓶: 2500ml/支, 2支。

设备20:

- 一、设备名称: 一次性吸痰管
- 二、数 量: 50根
- 三、技术规格要求: 搭配电动吸痰器使用。

设备21:

- 一、设备名称: 分离折叠式救护车担架
- 二、数 量: 1个
- 三、技术规格要求:
 - 1) 铝合金, 可折叠成轮椅, 带滚轮
 - 2) 用于转送伤员



设备22:

- 一、设备名称: 除颤仪
- 二、数 量: 1个
- 三、技术规格要求:
 - ▲1) 具有全程语音提示
 - 2) 开机自检

设备23:

一、设备名称: 心电监护仪

二、数 量: 2个

三、技术规格要求:

- 1) 12.1英寸TFT高亮全彩显示屏
- 2) 监测心电、体温、呼吸、无创血压、血氧、脉率
- ▲3) 具备ST段分析、呼吸氧合图、趋势共存界面

设备24:

一、设备名称: 医用抢救车

二、数 量: 2个

三、技术规格要求:

- 1) ABS工程塑料(非不锈钢款)
- 2) 带输液架,锐器盒,脚踏式污物桶、滚轮等

设备25:

一、设备名称: 超声雾化吸入器

二、数 量: 2个

三、技术规格要求:

- 1) 喷雾粒子直径 $3\mu\text{m}$
- 2) 运行声音60DB以下
- 3) 喷雾速率0.3ml/min以上

设备26:

一、设备名称: 一次性雾化吸器面罩

二、数 量: 20个

三、技术规格要求: 与雾化器配套使用。

设备27:

一、设备名称: 制氧机

二、数 量: 1个

三、技术规格要求:

- ▲ 1) 最大氧流量5L/min, 氧浓度90%-96%
- 2) 电源: 220V50HZ
- 3) 电子氧气流量调节, 氧气浓度实时显示
- ▲ 4) 具备雾化功能

设备28:

一、设备名称: 多频震动排痰机

二、数 量: 1个

三、技术规格要求:

- 1) 通过震动叩击,改善肺部血液循环,协助排出呼吸道分泌物。
- 2) 电源220V, 50Hz



设备29:

一、设备名称: 理疗床

二、数 量: 5个

三、技术规格要求:

无脸洞设计,注重美观、实用



设备30:

一、设备名称: 床头柜

二、数 量: 5个

三、技术规格要求:

不做特殊要求, 与理疗床配套使用, 注重美观、实用。

设备31:

一、设备名称: 微波治疗仪

二、数 量: 1个

三、技术规格要求:

- 1) 输出功率: 理疗0-60W, 治疗: 0-99W,
- 2) 微波频率 $2450\text{MHz} \pm 50\text{MHz}$,
- 3) 电源220V, 50Hz

设备32:

一、设备名称: 周林频谱治疗仪101c

二、数 量: 1个

三、技术规格要求:

- 1) 功率 $\leq 220\text{W}$,
- 2) 自动控制温度, 过热保护,
- 3) 260° 角度可调

设备33:

一、设备名称: 中频治疗仪

二、数 量: 1个

三、技术规格要求:

- 1) 输入功率 $\leq 35\text{VA}$, 中频载波频率: $2\text{kHz}-6\text{kHz}$, 低频调制频率: $1-150\text{Hz}$
- 2) 调制波形: 正弦波, 方波, 三角波, 指数波, 尖波, 锯齿波等
- 3) 输出通道: 单通道

设备34:

一、设备名称: 超短波治疗仪

二、数 量: 1个

三、技术规格要求:

- 1) 四路输出
- 2) 用于治疗部分失神经、完全失神经的治疗

设备35:

一、设备名称: 按摩椅

二、数 量: 3个

三、技术规格要求:

- 1) 磁极酸痛侦测系统, 腿足一体按摩
- ▲2) 多维3D机芯系统, AI智能语音操控
- 3) 蓝牙音箱, 智能操控

设备36:

一、设备名称: 远红外理疗灯

二、数 量: 2个

三、技术规格要求:

- 1) 立式
- 2) 功率 250W
- 3) 高温保护, 断电保护

设备37:

一、设备名称: 拔罐用具套装

二、数 量: 1套

三、技术规格要求:

- 1) 玻璃材质

2) 包含5号罐，4号罐，3号罐，2号罐，1号罐和硅胶罐

设备38:

一、设备名称: 药品冷藏柜

二、数 量: 1个

三、技术规格要求:

- ▲1) 容积: 150L
- 2) 单门, 上压机阴凉/冷藏双模式

设备39:

一、设备名称: 药品柜

二、数 量: 2个

三、技术规格要求:

- 1) 加厚304不锈钢通玻
- ▲2) 尺寸180*90*40cm



设备40:

一、设备名称: 药品柜

二、数量：4个

三、技术规格要求：

1) 加厚304不锈钢通玻

▲2) 尺寸180*90*40cm

设备41：

一、设备名称：医用毒麻药品保险柜

二、数量：1个

三、技术规格要求：

▲1) 12加仑

2) 带隔板

四、商务和服务要求（如产品要求中有相关服务要求，则按其要求）

（一）交货期

设备交货期为合同签订后**30个工作日内**，中标人须保证中标后能配送所有的设备到达招标人单位指定地方，并负责安装调试。

（二）设备的一般要求

- 1、设备为原制造商制造的全新产品，整机无污染，要符合新冠肺炎疫情防控要求，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。
- 2、设备为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。
- 3、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

（三）安装与调试、培训

- 1、设备到货后，中标人于7个工作日内派人进行安装验收，经检验发现损坏或不符合本招标文件的要求，招标人有权提出更改、拒收和索赔的要求，由此发生的费用由中标人负责。
- 2、中标人应选派专业专职的工程师到现场进行安装调试设备，并在招标人人员在场的情况下完成设备的性能测试直至达到本标书的技术指标。只有设备完全正常运转和招标人确认后，设备的安装工作才能认为已全部完成。费用由中标人承担。
- 3、中标人须将设备调试到最佳状态。

- 4、中标人为招标人无偿培训操作人员。在使用后，若生产商对该仪器有升级改进或其它技术改进，中标人应及时通知招标人，由招标人决定是否进行升级配置。
- 5、根据医疗器械设备维护管理的需要，对相关医疗器械设备使用人员提供免费的技术培训，使医疗器械设备使用人员能独立进行设备管理、故障处理、日常维护等工作。

（四）验收要求

- 1、验收的标准按照国内、国际最新相关标准实施。
- 2、验收内容由中标人给出具体的验收计划、测试的内容和方法，并得到采购人的认可，方可进行验收测试。
- 3、验收测试的过程和结果必须详细记录，测试中如发现设备性能指标或功能上不符合招标文件和合同要求时，将被看作性能不合格，用户有权拒收并要求赔偿。
- 4、技术文件和资料：所有设备必须提供培训资料及电子版使用说明书、操作手册、维护手册、合格证明书、装箱单、保修单等技术文件和资料。

（五）质保期及售后服务要求

- 1、质量保证期（简称“质保期”）1年，从验收合格之日起算。质保期内中标人对所供设备实行包修、包换、包退、包维护保养。质保期满后提供终身维修保养服务，并在详细报价表中明确维修的费用和优惠比例。
- 2、质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。
- 3、对采购人的服务通知，中标人在接报后1小时内响应，48小时内到达现场，72小时内处理完毕。若在72小时内仍未能有效解决，中标人须免费提供同档次的设备予采购人临时使用。

（六）履约保证金及付款方式

- （1）履约保证金：合同签订后5日内，中标人须向招标人提交合同价的5%的款项，作为项目履约保证金，项目履约保证金（合同总金额的5%）在项目安装调试完毕，并通过验收正常使用后自动转为质量保证金，质量保证金自项目验收之日起正常使用1年后，项目无质量问题的给予无息全额退还。
- （2）合同签订后15个工作日内支付合同总价30%的预付款。
- （3）设备全部到货一个月内支付合同总价的30%。
- （4）设备安装调试完成，提交全部报告材料，并验收合格后，1个月内支付合同总价的40%。

注：上述规定的招标人付款时间，是指向采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后中标人不得追究采购人任何延期支付的违约责任。

第五章 评审标准

评审标准

1. 评分及其统计：按照竞争性磋商程序、评分标准以及权重分配的规定，磋商小组各成员分别就各个响应供应商的响应文件和最后报价进行评议和比较，评出其技术评分和商务评分、价格评分相加得出其综合评分。

资格、符合性评审条款

项目名称：广东省军区广州第十离职干部休养所医疗器械设备采购（第二次）

项目编号：2020GDHXZFCGCS-005-1

序号	评审内容
1	具备磋商文件中规定资格要求的及资格证明文件齐全；
2	磋商函已提交并符合磋商文件要求的；
3	响应供应商按磋商文件要求缴纳磋商保证金的；
4	按照磋商文件规定要求签署、盖章且响应文件有法定代表人签字，或签字人有法定代表人有效授权书的；
5	磋商报价未超过本项目招标控制价的；
6	响应文件没有磋商文件中规定的其它无效投标条款的；
7	按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。
8	实质性满足“用户需求书”中带“★”号的要求

技术部分评分表

(40 分)

项目名称：广东省军区广州第十离职干部休养所医疗器械设备采购（第二次）

项目编号：2020GDHXZFCGS-005-1

评审内容	分值
技术参数响应情况 (30 分)	“▲”条款，每负偏离一项，扣 1 分； 非“▲”条款，每负偏离一项，扣 0.5 分； 本项最高 30 分，扣完即止。 注：用户需求书中除有另行注明提供的证明材料外，其他条款需提供由制造商或总代理盖章声明确认的设备详细的配置清单、详细技术参数的资料及产品的标配说明书，如投标描述的文字与说明书、资料不一致，则以说明书的技术参数，资料中的性能说明、技术参数为准，如不能提供则该条视为负偏离。
技术保障方案 (4 分)	具有完善全面的技术保障方案（包括货物的供货、质量保证措施、培训计划等），各阶段服务计划完整详细，得4分； 具有较完善全面的技术保障方案（包括货物的供货、质量保证措施、培训计划等），各阶段服务计划较完整详细，得3分； 具有较完善但不全面的技术保障方案（包括货物的供货、质量保证措施、培训计划等），各阶段服务计划较完整但不详细，得2分； 具有不完善且不全面的技术保障方案（包括货物的供货、质量保证措施、培训计划等），各阶段服务计划不完整不详细，得1分。
安装、调试、验收方案 (3 分)	安装、调试、验收方案全面详细、具体、合理，得 3 分； 安装、调试、验收方案较全面详细、较具体、较合理，得 2 分； 安装、调试、验收方案不全面详细、不具体、不合理，得 1 分。
售后服务 (3 分)	根据供应商提供的售后服务方案、承诺（质保期、响应时间、维护维修方案等）及服务便利程度等比较： 售后服务计划完善、有保障，服务便利，承诺内容等优于用户需求，得 3 分； 售后服务计划基本完善、有一定保障，服务便利，承诺内容等满足用户需求，得 2 分； 售后服务计划不完善、服务便利程度差，承诺内容等不满足项目需求，得 1 分。

备注：

1. 磋商文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，响应供应商如未按要求提交的，该项评分为零分。
2. 技术评分：所有磋商小组成员评分分值的算术平均值（四舍五入后，小数点后保留两位有效数）。

商务部分评分表

(20 分)

项目名称：广东省军区广州第十离职干部休养所医疗器械设备采购（第二次）
项目编号：2020GDHXZFCGCS-005-1

评审内容	分值
2016 年至今同类项目情况（8 分）	每提供一个得 1 分，最高得 8 分。 注：提供中标（成交）通知书、合同复印件、最后一次供货发票复印件作为证明材料，以合同签订的时间为准
2016 年至今企业荣誉情况（6 分）	每提供一个由政府部门或第三方机构颁发的荣誉或证书得 2 分，最高得 6 分。 注：提供相关证明文件复印件加盖公章或者有效的网络查询截图，不提供不得分。
管理体系认证证书情况 (3 分)	具有 ISO 质量管理体系认证、ISO 环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一项且在有效期内的上述证书，得 1 分，最高得 3 分。 注：需提供以上有效的证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）查询截图打印项作为有效证明,不提供不得分。
履约能力（包括人员素质、管理水平） (3 分)	供应商为本项目投入的项目团队、人员构成及分工，人员架构合理且分工明确，得3分； 供应商为本项目投入的项目团队、人员构成及分工，人员架构较合理，分工较明确，得2分； 供应商为本项目投入的项目团队、人员构成及分工，人员架构的合理性不足，分工界定不清，得 1 分。 注：需提供拟投入本项目团队人员名单、有关资格证书及磋商截止日前近三个月内（任意一个月即可）在响应供应商单位任职的社保证明材料。

备注：

- 磋商文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，响应供应商如未按要求提交的，该项评分为零分。
- 商务评分：所有磋商小组成员评分分值的算术平均值（四舍五入后，小数点后保留两位有效数）。

价 格 评 分 表 (40 分)

1. 价格核准：磋商小组详细分析、核准价格表，检查其是否存在计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则详见第二章第 27.11 条相关条款。
2. 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求（通过资格性、符合性审查）且最后报价（指修正后报价，下同）最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他响应供应商的价格分统一按照下列公式计算：

$$\text{磋商报价得分} = (\text{磋商基准价} / \text{最后磋商报价}) \times \text{价格权值} \times 100$$

3. 磋商报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数。

第六章 响应文件格式

响应文件包装封面参考

响应文件

☐ 报价信封

☐ 正本

☐ 副本

项目编号：2020GDHXZFCGCS-005-1

项目名称：广东省军区广州第十离职干部休养所医疗器械设备采购（第二次）

响应供应商名称：

响应供应商地址：

(____年____月____日____时____分)之前不得启封

响应文件目录表

项目名称：广东省军区广州第十离职干部休养所医疗器械设备采购（第二次）

项目编号：2020GDHXZFCGCS-005-1

文件类型	序号	文 件 名 称	提交情况		页码 范围	备注
			有	无		
初审文件 (加盖响应 供应商公 章)	1	磋商函				
	2	响应供应商资格声明函				
	3	法人或者其他组织的营业执照、组织机构 代码证和税务登记证（或三证合一证明） 等证明文件				
	4	2018 年或 2019 年的财务状况报告或基本 开户行（提供开户许可证）出具的资信证 明复印件。如响应供应商为新注册的，提 供成立至今的月或季度财务状况报告复印 件				
	5	履行合同所必需的设备清单以及技术人员 的名单材料				
	6	缴纳税收和社会保险的凭证。如依法免税 或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相 应文件证明				
	7	参加本采购活动前三年内在经营活动中没 有重大违法记录的书面声明（格式自定）				
	8	法定代表人授权委托书				
	9	法定代表人证明书				
	10	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管 理关系的不同供应商，不得参加同一合同项 下的采购活动。为采购项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、监理、检测等服 务的投标人及其附属机构，不得再参加本项 目或所投包组投标。（提供《承诺函》）。				
	11	三类医疗器械生产许可证或医疗器械经营 许可证复印件				
技术文件 (加盖响 应供应商 公章)	1	报价表（首次报价）				
	2	投标分项报价表				
	3	投标货物的详细情况描述（附相关证明资 料/产品宣传彩页）				
	4	投标货物技术偏离表				
	5	重要条款响应一览表				
	6	投标货物技术服务方案				

	7	响应供应商认为需要提供的其它说明和资料				
商务文件 (加盖响应 供应商公 章)	1	响应供应商基本情况表				
	2	用户需求响应一览表				
	3	2016年至今同类项目情况一览表				
	4	2016年至今企业荣誉情况 (提供相关证明文件复印件加盖公章或者有效的网络查询截图)				
	5	管理体系认证证书情况 (提供有效的证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台 (http://cx.cnca.cn/) 查询截图打印页)				
	6	项目负责人及服务团队成员一览表				
	7	招标代理服务费承诺书				
	8	退磋商保证金说明				
	9	磋商保证金递交证明文件				
	10	响应供应商认为需要提供的其他商务资料				

格式1

磋商函

致：广东合信工程项目管理有限公司

我方确认收到贵方广东省军区广州第十离职干部休养所医疗器械设备采购（第二次）采购货物及相关服务的磋商文件（项目编号：2020GDHXZFCGCS-005-1），（响应供应商名称、地址）作为响应供应商已正式授权（被响应供应商授权代表全名、职务）为我方签名代表，签名代表在此声明并同意：

1. 我们愿意遵守采购代理机构磋商文件的各项规定，自愿参加磋商，并已清楚磋商文件的要求及有关文件规定，并严格按照磋商文件的规定履行全部责任和义务。
2. 我们同意本磋商自磋商截止之日起 90 天内有效。如果我们的磋商被接受，则直至合同生效时止，本磋商始终有效并不撤回已递交的响应文件。
3. 我们已经详细地阅读并完全明白了全部磋商文件及附件，包括澄清（如有）及参考文件，我们完全理解本磋商文件的要求，我们同意放弃对磋商文件提出不明或误解的一切权力。
4. 我们同意提供招标采购单位与磋商小组要求的有关磋商的一切数据或资料。
5. 我们理解招标采购单位与磋商小组并无义务必须接受最低报价的磋商或其它任何磋商，完全理解采购代理机构拒绝迟到的任何磋商和最低磋商报价不是被授予成交的唯一条件。
6. 如果我们未对磋商文件全部要求作出实质性响应，则完全同意并接受按无效磋商处理。
7. 我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。
8. 我们是依法注册的法人，在法律、财务及运作上完全独立于采购人和采购代理机构。
9. 所有有关本次磋商的函电请寄：（响应供应商地址）

备注：本磋商函内容不得擅自删改，否则视为无效响应。

响应供应商名称：_____

响应供应商公章：_____

法定代表人或响应供应商授权代表（签名或盖章）：_____

电话：_____ 传真：_____ 邮编：_____

格式2

响应供应商资格声明函

广东合信工程项目管理有限公司：

关于贵公司_____年____月____日发布广东省军区广州第十离职干部休养所医疗器械设备采购（第二次）（项目编号：2020GDHXZFCGCS-005-1）的采购公告，本公司（企业）愿意参加磋商，并声明：

本公司（企业）具备本项目要求的所有资格条件，并已清楚磋商文件的要求及有关文件规定，并承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

单位名称：

法定代表人或响应供应商授权代表(签名或盖章)：

单位地址：

单位公章：

邮政编码：

日期：

联系电话：

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：注册于_____（响应供应商地址）的（响应供应商名称）_____在下面签名的（法定代表人姓名、职务）在此授权（被授权人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就_____（项目名称、项目编号）_____的招投标活动，采购合同的签订、执行、完成和售后服务，作为响应供应商代表以我方的名义处理一切与之有关的事务。

被授权人（响应供应商授权代表）无转委托权限。

本授权书自法定代表人签字之日起生效，特此声明。

随附《法定代表人证明》

响应供应商名称（盖公章）：

地 址：

法定代表人（签字或盖章）：

签字日期：____年____月____日

被授权人（响应供应商授权代表）（签字或盖章）：

被授权人（授权代表）
居民身份证复印件粘贴处

（正面）

被授权人（授权代表）
居民身份证复印件粘贴处

（反面）

格式4

法定代表人证明书

_____同志，现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期与本公司响应文件中标注的投标有效期相同。签发日期：年月日附：

营业执照（注册号）：

经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

法定代表人
居民身份证复印件粘贴处

（正面）

法定代表人
居民身份证复印件粘贴处

（反面）

响应供应商名称：（盖公章）：

地址：

日期：

格式5

承诺函

广东合信工程项目管理有限公司:

关于贵公司____年____月____日发布广东省军区广州第十离职干部休养所医疗器械设备采购（第二次）（项目编号：2020GDHXZFCGS-005-1）的采购公告，本公司（企业）愿意参加磋商，并承诺：

本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与本项目其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。

根据相关法律法规，本公司（企业）及附属机构，非为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

单位名称: 法定代表人或响应供应商授权代表 (签名或盖章):

单位地址: _____ 单位公章: _____

邮政编码： 日期：

联系电话:

格式6

报 价 表（首次报价）

响应供应商名称：

项目编号：2020GDHXZFCGCS-005-1

采购内容	磋商报价 (人民币 元)	交货期
医疗器械 设备	小写：RMB _____ _____ 大写： _____	自合同签订之日起____天内完成 所供货物的安装、调试、验收等工 作，并交付采购人验收使用

响应供应商名称（盖公章）： _____

法定代表人或响应供应商授权代表（签名或盖章）： _____ 职务： _____ 日期： _____

备注：

1. 磋商总报价为各小计之和。
2. 此表须附在正、副本的响应文件中。
3. 磋商报价要求具体见第二章“磋商报价”要求。
4. 所有价格均以人民币作为货币单位填写及计算。报价应包括投标产品价、增值税、其它税、其他伴随服务的费用、标准附件价、备品备件及专用工具价。

格式7

投标分项报价表

响应供应商名称：

项目编号：2020GDHXZFCGCS-005-1

序号	产品名称	规格型号	品牌	原厂商及原产地	单位	数量	单价(元)	合计(元)	备注
货物类费用									
1									
2									
.....									
其他费用									
序号	分项名称			具体内容	单位	数量	单价	合计(元)	说明
1									
2									
.....									
总计	¥：_____大写：_____								

响应供应商名称（盖公章）：_____

法定代表人或响应供应商授权代表（签名或盖章）：_____职务：_____日期：

注：1. 此表为《报价表（首次报价）》的报价明细表。

2. 所有价格均以人民币作为货币单位填写及计算。对于有配件、耗材、选件和特殊工具的货物，还应填报投标货物配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价等内容，该表格式由响应供应商自行设计。响应供应商按照上述要求分类报价，其目的是便于评标，但在任何情况下并不限制采购人以任何条款签订合同的权利。

3. 该表格式仅作参考，响应供应商的详细报价表格式可自定。

格式8

投标货物的详细情况

(附相关证明材料/产品宣传彩页)

主要内容应包括但不限于以下内容（格式自定）：

1. 货物技术参数、性能及配件。
2. 货物的质量标准、检测标准、测试手段、质保保用期。
3. 货物主要备品备件、易损件、专用工具等配置国内提供情况说明。
4. 响应供应商认为对磋商有利的其他资料。

响应供应商名称（盖公章）：_____

法定代表人或响应供应商授权代表（签名或盖章）：_____职务：_____日期：_____

格式9

投标货物技术偏离表

响应供应商名称：

项目编号：2020GDHXZFCGCS-005-1

序号	货物名称	原条款描述	响应供应商响应描述	偏离情况说明 (正偏离/完全响应/ 负偏离)

响应供应商名称（盖公章）：_____

法定代表人或响应供应商授权代表（签名或盖章）：_____职务：_____日期：_____

备注：

1. 投标响应参数应与厂家的产品资料一致，不一致的以厂家资料为准。

格式10

重要条款响应一览表

说明：响应供应商必须对应磋商文件带“▲”的重要条款逐条应答并按要求填写下表。

响应供应商名称：

项目编号：2020GDHXZFCGCS-005-1

序号	原条款描述	响应供应商响应描述	偏离情况说明 (正偏离/完全响应/负偏离)	查阅/证明文件指引
1	二、主要技术参数和配置： 一、设备名称：台式血压计 ▲2) 可打印测量值			见《响应文件》第页
2	二、主要技术参数和配置： 一、设备名称：台式血压计 ▲3) 具备肘部检测传感器，防止因错误姿势导致产生的误差			见《响应文件》第页
3	二、主要技术参数和配置： 一、设备名称：台式血压计 ▲5) 测量精度：压力：±3mmHg，脉搏数：±2%；电源：220V50Hz ▲6) 背光彩色液晶显示			见《响应文件》第页
4	二、主要技术参数和配置： 一、设备名称：台式血压计 ▲6) 背光彩色液晶显示			见《响应文件》第页
	...	...	...	...

响应供应商名称（盖公章）：_____

法定代表人或响应供应商授权代表（签名或盖章）：_____职务：_____日期：_____

备注：此表中“原条款描述”的条款与用户需求中的条款描述不一致的，以用户需求中规定的为准。

格式11

投标货物技术服务方案

主要内容应包括但不限于以下内容（格式自定）：

1. 技术保障方案。
2. 安装、调试、验收方案。
3. 售后服务。
4. 对投标货物的安装、调试、验收及操作、培训计划等方面采取技术和组织措施方案。
5. 售后维修/服务点名称、电话，负责人员及地址（附售后维修/服务点证明材料）。
6. 详细说明维护期维保方案、价格费用及应急维修时间安排、维修服务收费标准。
7. 响应供应商认为对投标有利的其他资料。

附件

售后维修/服务点证明材料

兹证明（售后维修/服务点名称）与_____（公司名称）建立了本次投标中（项目编号：2020GDHXZFCGCS-005-1）的货物定点售后维修/服务关系。

服务点全称（盖章）：

服务点负责人：

服务点电话：

服务点详细地址：

响应供应商名称（盖公章）：_____

法定代表人或响应供应商授权代表（签名或盖章）：_____职务：_____日期：_____

格式12

响应供应商基本情况表

一、公司基本情况

1. 公司名称：_____ 电话号码：_____
2. 地 址：_____ 传 真：_____
3. 注册资金：_____ 经济性质：_____
4. 公司开户银行名称及账号：_____
5. 营业注册执照号：_____
6. 公司简介

文字描述：发展历程、经营规模及服务理念、技术力量、财务状况、管理水平等方面进行阐述。

二、响应供应商获得国家有关部门颁发的资质：

证书名称	发证单位	证书等级	证书有效期

我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查。

响应供应商名称（盖公章）：_____

法定代表人或响应供应商授权代表（签名或盖章）：_____ 职务：_____ 日期：_____

格式13

2016年至今同类项目情况一览表

响应供应商名称：

项目编号：2020GDHXZFCGCS-005-1

序号	业主名称	项目名称	服务内容	合同总价	签约及完成时间	单位联系人及电话

备注：提供中标（成交）通知书、合同复印件、最后一次供货发票复印件作为证明材料，以合同签订的时间为准。

响应供应商名称（盖公章）：_____

法定代表人或响应供应商授权代表（签名或盖章）：_____职务：_____日期：_____

格式14

项目负责人及服务团队成员一览表

响应供应商名称：

项目编号：2020GDHXZFCGS-005-1

序号	姓名	性别	年龄	学历	职称	专业	经验年限	拟担任职务 或承担工作 内容

备注：需提供拟投入本项目团队人员名单、有关资格证书及磋商截止日前近三个月内（任意一个月即可）在响应供应商单位任职的社保证明材料。

响应供应商名称（盖公章）：_____

法定代表人或响应供应商授权代表（签名或盖章）：_____职务：_____日期：_____

格式15

用户需求商务条款响应一览表

说明：响应供应商必须对应磋商文件的用户需求书商务条款逐条应答并按要求填写下表。

响应供应商名称： 项目编号：2020GDHXZFCGS-005-1

序号	原条款描述	响应供应商响应描述	偏离情况说明 (正偏离/完全响应/ 负偏离)
1	采购项目内容		
2	其他要求		
3	购置项目商务要求		

响应供应商名称（盖公章）：_____

法定代表人或响应供应商授权代表（签名或盖章）：_____职务：_____日期：_____

格式16

招标代理服务费承诺书

广东合信工程项目管理有限公司：

本公司_____（响应供应商名称）_____在参加在贵公司举行的广东省军区广州第十离职干部休养所医疗器械设备采购（第二次）（项目编号：2020GDHXZFCGCS-005-1）的招标中如获成交，我公司保证按照磋商文件规定缴纳“招标代理服务费”后，凭领取人身份证复印件并加盖公章领取《中标通知书》。

如我方违反上款承诺，愿凭贵公司开出的相关通知，同意广东合信工程项目管理有限公司办理支付手续，扣除我司提交的全部磋商保证金，并愿承担全部由此引起的法律责任。

特此承诺！

响应供应商名称（盖公章）：

法定代表人或响应供应商授权代表（签名或盖章）：职务：日期：

格式17

退磋商保证金说明

我方为广东省军区广州第十离职干部休养所医疗器械设备采购（第二次）的投标（项目编号为：2020GDHXZFCGCS-005-1）所提交的磋商保证金（大写金额）元，请贵司退还磋商保证金（小写金额）元，请划到以下账户：

收款人名称			
收款人地址			
开户银行 (含汇入地点)		联系人	
账 号		联系电话	

备注：

- 1、此表须附在报价信封中。当响应供应商收到中标通知书或中标结果通知书，申请退还磋商保证金时，招标采购单位按其填写在“退磋商保证金说明”上的内容，按规定退还响应供应商的磋商保证金。
- 2、为及时退还响应供应商的磋商保证金，若存在以下三种情形的，则按以下规定执行：

1) 单位名称变更

- A. 若响应供应商投标后，其单位名称变更，退还其磋商保证金时，除提交变更后的账户信息外，还需附工商部门打印的变更信息说明，并加盖单位公章；
- B. 若响应供应商只变更营业执照信息，没有及时变更银行账户的，只需提供银行开户许可证，并加盖单位公章。

2) 收支两条线

若响应供应商属于资金收支两条线的情况，则以上账户信息必须是其单位收款账户的信息，响应供应商需附上收支两条线的说明，并加盖单位公章。

3) 标前确定不参加投标

若响应供应商已汇入磋商保证金，但不参加投标时，请务必在项目开标前将该《退磋商保证金说明》按规定填写完整盖章后，扫描发至 320900190@qq.com。

响应供应商（公章）：

日期：